



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 10:06 23.10.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 191946;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2018/7549 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02919695);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия: 22.10.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Интенсивное промывание». Варианты исполнения:
 1. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Беби. Интенсивное промывание» 50 мл.
 2. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Беби. Интенсивное промывание» 150 мл.
 3. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 50 мл.
 4. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 125 мл.
 5. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 150 мл.
6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯДРАН";
7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 119330, г. Москва, пр-кт. Ломоносовский, д. 38, офис. VII;
8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 107564, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА

КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 6, КОМНАТА 26, 1 ЭТАЖ;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о. (JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.);

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия (Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia);

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия (Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia);

12. ОКП/ОКПД2: 21.20.23.199;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Средство предназначено для нанесения на слизистую оболочку носа для эффективного промывания и удаления выделений.;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 206110;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia;


17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
206110	5. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 150 мл.
206110	4. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 125 мл.
206110	3. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 50 мл.

206110	2. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Беби. Интенсивное промывание» 150 мл.
206110	1. Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Беби. Интенсивное промывание» 50 мл.

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.





Product name: **Product for nose rinsing and irrigation "Aqua Maris® Norm. Intensive rinsing" 150 ml**

Наименование продукта: Средство для промывания и орошения полости носа «Аква Марис® Норм. Интенсивное промывание» 150 мл

Series: 21446

Серия: 21446

Manufacturing date: 05.2026.

Дата производства: 05.2026.

Best before: 05.2029.

Годен до: 05.2029.

Date of analysis: 19.06.2026.

Дата анализа: 19.06.2026.

CERTIFICATE № 170000054367
СЕРТИФИКАТ № 170000054367

№	PARAMETERS ПАРАМЕТРЫ	REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ	RESULTS РЕЗУЛЬТАТЫ
1.	CHARACTERS ВНЕШНИЙ ВИД	Clear, colorless liquid Прозрачная бесцветная жидкость	complies соответствует
2.	pH	6,0-9,0	8,2
3.	OSMOLALITY ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ	0,270 - 0,310 Osmol/kg 0,270 - 0,310 Осмоль/кг	0,295 Osmol/kg 0,295 Осмоль/кг
4.	MICROBIOLOGICAL PURITY МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА	-Total aerobic microbial count (TAMC): not more than 10 ² CFU in 1 ml -Total combined yeast and moulds (TYMC): not more than 10 ¹ CFU in 1 ml -Staphylococcus aureus: absent in 1 ml -Pseudomonas aeruginosa: absent in 1 ml -Enterobacteria resistant to bile: absent in 1 ml -Общее число аэробных микроорганизмов (ТАМС): не более 10 ² КОЕ в 1 мл -Общее число дрожжевых и плесневых грибов (ТЯМС): не более 10 ¹ КОЕ в 1 мл -Staphylococcus aureus: отсутствует в 1 мл -Pseudomonas aeruginosa: отсутствует в 1 мл -Энтеробактерии, устойчивые к желчи: отсутствует в 1 мл	complies complies complies complies complies соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

This batch was checked for all parameters and fully conforms to producing requirements.

Данная серия была проверена по всем параметрам и полностью соответствует предъявляемым требованиям.

38



JGL d.d.
Svilno 20
Rijeka

u. z. VSK

Qualified Person

Iva Valentić Žunić

Квалифицированное лицо

Date

Дата 22/07/2026