



	СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА CERTIFICATE OF ANALYSIS		Document Number Номер документа	TY.23.01
			Publication Date Дата опубликования	7/31/2023
			Revision No № пересмотра	01
			Revision Date Дата пересмотра	6/30/2023
FORMULATION Состав	10mL/10mg partially hydrolysed Collagen 10 мл/10 мг частично гидролизованного коллагена			
DESCRIPTION Описание	Pre-filled syringe containing 10.0 ml of a sterile solution of 10 mg partially hydrolysed Collagen in phosphate buffer saline Предварительно заполненный шприц, содержащий 10,0 мл стерильного раствора 10 мг частично гидролизованного коллагена в фосфатном буферном растворе			
Product Name: Наименование продукта:	COMPOSITRON R Regain КОМПОЗИТРОН R Regain	Batch Number: Номер партии:	260020	
Product Number: Номер продукта:	CPT-110	Man. Date: Дата пр-ва:	2026-01	
Storage: Условия хранения:	15 to 25° C от 15 до 25° C	Exp. Date Срок годности:	2030-12	
TEST Тест	SPECIFICATIONS Спецификации	RESULTS Результаты		
Prions absence / Отсутствие прионов				
Collagen polypeptides Полипептиды коллагена	Mass spectrometry Масс-спектрометрия	Complies Соответствует		
ASSAY / Проба				
Collagen polypeptides mg/ml Полипептиды коллагена, мг/мл	0.90 - 1.10	1.05		
Packaging Seal defects Дефекты пайки упаковки	Visual inspection of seal defects of pouches/ Визуальный контроль дефектов пайки пакетов	No seal defects / Отсутствие дефектов запаивания		
Sterilization / Стерилизация				
Sterilization indicators Индикаторы стерилизации	Indicators change to red / Индикаторы меняют цвет на красный	Complies Соответствует		
Certificate of irradiation Сертификат облучения	Certificate of irradiation released by sterilizator / Сертификат облучения, выданный стерилизатором	Complies Соответствует		
General Information / Общая информация				
Application Применение	:	Intra-articular, periarticular, intramuscular, intradermal and subcutaneous implantations / Внутрисуставные, периартикулярные, внутримышечные, внутрикожные и подкожные имплантации		
Packing Упаковка	:	Syringe pre-filled in laminated polyester-aluminium (ALU/OPA-PE) envelope Предзаполненный приц в пакете из полиэфиралюминий ламината (ALU/OPA-PE)		
Tested by / Тестировано Dr. M. Fiorini		Approved by / Одобрено Dr. P. Fattori		
				





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "МКНТ Импорт" Егорова Ирина Викторовна Доверитель: ООО "МКНТ Импорт"	 21363263-44cc-4af9-94fa-132296ae4439 с 08.04.2026 00:00 по 10.04.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	37E7093141E4C2B24000302601 9D7103 с 09.04.2026 09:42 по 09.04.2027 09:52 GMT+03:00	26.05.2026 15:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа