

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 687

Наименование продукции

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм
по ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3

размер, см 2,5 × 7,2

Клеевой слой

тепловысушенный клеевой

Номер серии

330626

Дата выпуска

6.07.2026

Количество продукции в серии

1000000

штук упаковок

Наименование показателей качества по НД	Наименование НД на метод испытаний	Требования по качеству по НД	Результаты испытаний
Внешний вид	Пункт 4.3 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Лента Лейкопластыря Верофарм или Лейкопластыря «УНИ-ПЛАСТ®/UNIPLAST® фиксирующий» с подушечкой зеленого цвета из нетканого материала, пропитанного раствором антисептиков, покрытой с липкой стороны защитным покрытием. На поверхности лейкопластыря не должно быть внешних дефектов (складок основы, загрязненных участков, посторонних включений, комков, дыр).	Лента Лейкопластыря Верофарм с подушечкой зеленого цвета из нетканого материала, пропитанного раствором антисептиков, покрыта с липкой стороны защитным покрытием. На поверхности лейкопластыря нет внешних дефектов (складок основы, загрязненных участков, посторонних включений, комков, дыр).
Размеры, см:	Пункт 4.4 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3		
- изделия		$(2,5 \times 7,2) \pm 0,2$	$2,5 \times 7,3$
- подушечки		$(2,5 \times 1,5) \pm 0,2$	$2,5 \times 1,5$
Количественное содержание, мг/г:	Пункт 4.5 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3		
- бриллиантового зеленого		От 0,1 до 1,3	0,6
- фурацилина		От 0,6 до 1,5	0,9
- синтомицина		От 2,4 до 6,1	3,1
Поглощающая способность подушечки, г/г	Пункт 4.6 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Не менее 6,00	11,77
Микробная чистота подушечки	Пункт 4.11 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Подушечка должна обладать микробной чистотой. В 1 см ² подушечки допускается не более 200 КОЕ (суммарно) аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов.	7
Упаковка	Пункт 4.13 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Должна соответствовать требованиям п. 1.3 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Соответствует. Бактерицидный лейкопластырь упакован в контурную безъячейковую упаковку из материала комбинированного на бумажной основе. Контурные безъячейковые упаковки упакованы в ящики из гофрированного картона.
Маркировка	Пункт 4.13 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Должна соответствовать требованиям п. 1.4 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	Соответствует. На контурной безъячейковой упаковке и на этикетке групповой упаковки указаны: наименование предприятия-изготовителя, адрес, тел./факс, товарный знак, наименование изделия, размеры изделия, обозначение ТУ, регистрационный номер и дата регистрации, условия хранения, номер серии, дата изготовления, срок годности, штриховой код, информация о подтверждении соответствия, сведения об утилизации. На этикетке групповой упаковки дополнительно указано количество контурных безъячейковых упаковок в ящике.
Гарантийный срок годности	Пункт 6.2 ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3	3 года со дня изготовления	 2029-06

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: качество продукции соответствует требованиям ТУ 21.20.24-017-45961725-2020 с Изм. № 1-3.

Начальник

ОКК
Отдел
контроля
качества

И.В. Хрипкова