



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14023

На медицинское изделие
Спрей назальный Аква Марис® Плюс

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.", Хорватия,
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Производитель
"ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.", Хорватия,
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Место производства медицинского изделия
JARDAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

Номер регистрационного досье № РД-34940/48503 от 24.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

приказом Росздравнадзора от 15 апреля 2021 года № 3214
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0056440



Product name: **Aqua Maris® Plus, nasal spray, 30 ml**
Название продукта: **Спрей назальный Аква Марис®Плюс, 30 мл**
Batch: 39156
Серия: 39156
Manufacturing date: 08.2026.
Дата производства: 08.2026.
Best before: 08.2028.
Годен до: 08.2028.
Date of analysis: 25.09.2026.
Дата проведения анализа: 25.09.2026.

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 170000056198
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА № 170000056198

№	Parameters Параметр	Requirements Требования	Results Результаты
1.	APPEARANCE ОПИСАНИЕ	Clear, colourless solution. Прозрачный бесцветный раствор	Complies Соответствует
2.	pH	5.0-6.5	5.5
3.	OSMOLALITY ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ	0.280 – 0.320 Osmol/kg 0,280 – 0,320 Осмоль/кг	0.306 Osmol/kg 0.306 Осмоль/кг
4.	STERILITY СТЕРИЛЬНОСТЬ	Solution must be sterile Раствор должен быть стерильным	Complies Соответствует

This batch was checked for all parameters and fully conforms to producing requirements.

Данная серия была проверена по всем параметрам и полностью соответствует предъявляемым требованиям.

38



JGL d.d.
Svilno 20
Rijeka

Qualified Person
Valentina Štulić
Квалифицированное лицо

Date
07 10 2026
Дата