TISSYOU REGENERATIVE COMPANY	СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА CERTIFICATE OF ANALYSIS	Document Number Номер документа	TY.23.01
		Publication Date Дата опубликования	7/31/2023
		Revision No № пересмотра	01
		Revision Date Дата пересмотра	6/30/2023

FORMULATION **Состав**	2mL/10mg partially hydrolysed Collagen 2 мл/10 мг частично гидролизованного коллагена		
DESCRIPTION **Описание**	Pre-filled syringe containing 2.0 ml of a sterile solution of 10 mg partially hydrolysed Collagen in phosphate buffer saline Предварительно заполненный шприц, содержащий 2,0 мл стерильного раствора 10 мг частично гидролизованного коллагена в фосфатном буферном растворе		
Product Name: **Наименование продукта:**	COMPOSITRON 5 КОМПОЗИТРОН 5	**Batch Number:** **Номер партии:**	260481
Product Number: **Номер продукта:**	CPT-52	**Man. Date:** **Дата пр-ва:**	2026-06
Storage: **Условия хранения:**	15 to 25° C от 15 до 25° C	**Exp. Date** **Срок годности:**	2031-05

TEST **Тест**	**SPECIFICATIONS** **Спецификации**	**RESULTS** **Результаты**
Prions absence / Отсутствие прионов		
Collagen polypeptides **Полипептиды коллагена**	Mass spectrometry Масс-спектрометрия	Complies Соотвествует
ASSAY / Проба		
Collagen polypeptides mg/ml **Полипептиды коллагена, мг/мл**	4.90 - 5.10	4.99
Packaging Seal defects **Дефекты пайки упаковки**	Visual inspection of seal defects of pouches/ Визуальный контроль дефектов пайки пакетов	No seal defects / Отсутствие дефектов запаивания
Sterilization / Стерилизация		
Sterilization indicators **Индикаторы стерилизации**	Indicators change to red / Индикаторы меняют цвет на красный	Complies Соотвествует
Certificate of irradiation **Сертификат облучения**	Certificate of irradiation released by sterilizator / Сертификат облучения, выданный стерилизатором	Complies Соотвествует

General Information / Общая информация

Application **Применение**	:	Intra-articular, periarticular, intramuscular, intradermal and subcutaneous implantations / Внутрисуставные, периартикулярные, внутримышечные, внутрикожные и подкожные имплантации
Packing **Упаковка**	:	Syringe pre-filled in laminated polyester-aluminium (ALU/OPA-PE) envelope Предзаполненный приц в пакете из полиэфиралюминий ламината (ALU/OPA-PE)

Tested by / Тестировано	**Approved by / Одобрено**
Dr. M. Fiorini	**Dr. P. Fattori**
Mauro Fiorini	

Передан через Диадок 09.10.2026 16:48 GMT+03:00;
e5a00182-2cc0-4716-b8f4-d569697f0b84

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "МКНТ Импорт" Егорова Ирина Викторовна Доверитель: ООО "МКНТ Импорт"	21363263-44cc-4af9-94fa-132296ae4439 с 08.04.2026 00:00 по 10.04.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	37E7093141E4C2B24000302601 9D7103 с 09.04.2026 09:42 по 09.04.2027 09:52 GMT+03:00	09.10.2026 16:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа