



CERTIFICATE OF ANALYSIS  
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА



Document Number Номер документа	TY.23.01
Publication Date Дата опубликования	31/07/23
Revision No № пересмотра	01
Revision Date Дата пересмотра	30/06/23

<b>FORMULATION</b> Состав	2mL/10mg partially hydrolysed Collagen 2 мл/10 мг частично гидролизованного коллагена		
<b>DESCRIPTION</b> Описание	Pre-filled syringe containing 2.0 ml of a sterile solution of 10 mg partially hydrolysed Collagen in phosphate buffer saline Предварительно заполненный шприц, содержащий 2,0 мл стерильного раствора 10 мг частично гидролизованного коллагена в фосфатном буферном растворе		
<b>Product Name:</b> Наименование продукта:	COMPOSITRON 5 КОМПОЗИТРОН 5	<b>Batch Number:</b> Номер партии:	250897
<b>Product Number:</b> Номер продукта:	CPT-52	<b>Man. Date:</b> Дата пр-ва:	2025-10
<b>Storage:</b> Условия хранения:	15 to 25° C от 15 до 25° C	<b>Exp. Date</b> Срок годности:	2030-09
<b>TEST</b> Тест	<b>SPECIFICATIONS</b> Спецификации	<b>RESULTS</b> Результаты	
<b>Prions absence / Отсутствие прионов</b>			
<b>Collagen polypeptides</b> Полипептиды коллагена	Mass spectrometry Масс-спектрометрия	Complies Соответствует	
<b>ASSAY / Проба</b>			
<b>Collagen polypeptides mg/ml</b> Полипептиды коллагена, мг/мл	4.90 - 5.10	5.03	
<b>Packaging Seal defects</b> Дефекты пайки упаковки	Visual inspection of seal defects of pouches/ Визуальный контроль дефектов пайки пакетов	No seal defects / Отсутствие дефектов запаивания	
<b>Sterilization / Стерилизация</b>			
<b>Sterilization indicators</b> Индикаторы стерилизации	Indicators change to red / Индикаторы меняют цвет на красный	Complies Соответствует	
<b>Certificate of irradiation</b> Сертификат облучения	Certificate of irradiation released by sterilizator / Сертификат облучения, выданный стерилизатором	Complies Соответствует	
<b>General Information / Общая информация</b>			
<b>Application</b> Применение	:	Intra-articular, periarticular, intramuscular, intradermal and subcutaneous implantations / Внутрисуставные, периартикулярные, внутримышечные, внутрикожные и подкожные имплантации	
<b>Packing</b> Упаковка	:	Syringe pre-filled in laminated polyester-aluminium (ALU/OPA-PE) envelope Предзаполненный приц в пакете из полиэфиралюминий ламината (ALU/OPA-PE)	
<b>Tested by / Тестировано</b> Dr. M. Fiorini		<b>Approved by / Одобрено</b> Dr. P. Fattori	





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "МКНТ Импорт" Егорова Ирина Викторовна Доверитель: ООО "МКНТ Импорт"	 21363263-44cc-4af9-94fa-132296ae4439 с 08.04.2026 00:00 по 10.04.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	37E7093141E4C2B24000302601 9D7103 с 09.04.2026 09:42 по 09.04.2027 09:52 GMT+03:00	13.05.2026 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа