



SciVISION
BIOTECH

SciVision Biotech Inc.

9, South 6th Rd. Cianjhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan, R.O.C.

http://www.scivisionbiotech.com

E-mail: service@scivision.com.tw

Tel: +886-7-823-2258

Fax: +886-7-823-2295

CERTIFICATE OF ANALYSIS СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

I, responsible QA head in plant, SciVision, certify that the enclosed are the results of analysis for the product specified below:

Я, уполномоченный руководитель отдела контроля качества на заводе SciVision, настоящим подтверждаю, что нижеизложенное является результатами анализа указанного продукта:

Product name / наименование продукта: **Flexotron® Magnum**
sterile synovial fluid supplement in pre-filled syringes
Commodity group / товарная группа: **имплантат вязкоэластичный стерильный в предварительно наполненных шприцах**
volume 3 ml containing 90 mg (30 mg/ml or 3%) Sodium
Basic identification characteristics / основные идентификационные признаки: **Hyauronate**
объём 3 мл, содержащий 90 мг (30 мг/мл или 3%) гиалуроната натрия
Lot No. / № партии: **MDMA-AZAA**
Manufacturing date / дата производства: **24-Apr-2026**
Expiry date / срок годности: **23-Apr-2029**

Test item Исследуемый показатель	Specification Спецификации	Result Результат
Description Описание	Clear, colourless, viscous liquid filled in pre-filled syringe Прозрачная, бесцветная, вязкая жидкость, находящаяся в предварительно наполненном шприце	Pass Пройдено
pH	6.8-7.8	7.3
Osmolality, mOsm/kg Осмоляльность, мОсм/кг	270-390	366
Bacterial endotoxins, EU/ml Бактериальные эндотоксины, ЕЭ/мл	< 0.25	Pass Пройдено
Sterility Стерильность	Sterile Стерильно	Sterile Стерильно
Assay, % Содержание, %	2.7-3.6	3.0
Active volume, g Извлекаемый объём, г	2.8-3.2	Pass Пройдено
Intrinsic viscosity, m ³ /kg Характеристическая вязкость, м ³ /кг	1.160-2.540	1.998
Extrusion force, N Сила выдавливания, Н	5-30	Pass Пройдено

Signature / Подпись

Name / Имя

Date issued / Дата выдачи

Patty Tsai
Patty Tsai / Пэтти Цай
2026/06/23





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "МКНТ Импорт" Егорова Ирина Викторовна Доверитель: ООО "МКНТ Импорт"	 21363263-44cc-4af9-94fa-132296ae4439 с 08.04.2026 00:00 по 10.04.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	37E7093141E4C2B24000302601 9D7103 с 09.04.2026 09:42 по 09.04.2027 09:52 GMT+03:00	20.10.2026 16:32 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа