

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 495

Наименование продукции Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/ UNIPLAST® бактерицидный»
по ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6

набор из 20 лейкопластырей одного типоразмера 1,9 x 7,2 см на основе материала нетканого
(УНИПЛАСТ® НЕЗАМЕТНЫЙ набор № 20 на основе материала нетканого)

Клеевой слой термопластичный

Номер серии 620526

Дата выпуска 27.07.2026

Количество продукции в серии 109032 штук упаковок

Наименование показателей качества по НД	Наименование НД на метод испытаний	Требования по качеству по НД	Результаты испытаний
Внешний вид	Пункт 4.2 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	Полоска липкая прямоугольной, фигурной или круглой формы с перфорацией или без нее с прокладкой из нетканого материала, пропитанного раствором хлоргексидина биглюконата, с защитным покрытием. На поверхности «УНИПЛАСТ®/ UNIPLAST® бактерицидный» не должно быть складок, загрязненных участков, посторонних включений.	Полоска липкая фигурной формы без перфорации с прокладкой из нетканого материала, пропитанного раствором хлоргексидина биглюконата, с защитным покрытием. На поверхности «УНИПЛАСТ®/ UNIPLAST® бактерицидный» нет складок, загрязненных участков, посторонних включений.
Размер изделия, см	Пункт 4.3 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	(1,9x7,2) ± 0,2	<u>1,9 x 7,2</u>
Размер прокладки, см	Пункт 4.3 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	(1,3x2,5) ± 0,2	<u>1,3 x 2,5</u>
Количественное содержание хлоргексидина биглюконата в прокладке, мг/г	Пункт 4.5 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	Не менее 0,5	<u>2,24</u>
Микробиологическая чистота	Пункт 4.9 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	В 1 г прокладки допускается не более: -10 ³ КОЕ мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий; -10 ² КОЕ дрожжей, дрожжеподобных, плесневых грибов; -бактерий сем. Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, патогенных стафилококков не допускается.	Мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий <u>150</u> дрожжей, дрожжеподобных, плесневых грибов <u>0</u> . бактерии сем. Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, патогенные стафилококки отсутствуют.
Упаковка	Пункт 4.6 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	Должна соответствовать п. 1.2 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	Соответствует. «УНИПЛАСТ®/ UNIPLAST® бактерицидный» в безъячейковой контурной упаковке упакован в виде наборов из <u>10</u> штук изделий одного типоразмера и формы в <u>пачку складную</u> из картона /пакет с клапаном. Пачки складные/ пакеты с клапаном уложены в ящики из картона гофрированного.
Маркировка	Пункт 4.6 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	Должна соответствовать п. 1.3 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	Соответствует. На контурной безъячейковой упаковке указано наименование изделия, размер изделия, материал липкой основы. <u>На пачке складной/ пакете с клапаном, этикетке групповой упаковки указаны наименование предприятия-изготовителя, адрес, тел./факс, товарный знак, наименование изделия, общее количество изделий в наборе, размеры изделия, материал липкой основы, обозначение ТУ, регистрационный номер и дата регистрации, условия хранения, номер серии, дата изготовления, срок годности, штриховой код, информация о подтверждении соответствия, сведения об утилизации. На этикетке групповой упаковки дополнительно указано количество наборов в ящике из картона гофрированного.</u>
Гарантийный срок годности	Пункт 6.2 ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6	5 лет со дня изготовления	 <u>2031-05</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: качество продукции соответствует требованиям ТУ 21.20.24-013-45961725-2019 с Изм. № 1-6.

Начальник ОКК
Филиала АО «ВЕРОФАРМ»
в г. Воронеже

И.В.Хрипкова