Albomed GmbH	**Certificate of analysis** [Сертификат анализа] **Product** [продукт]: **FLEXOTRON SMART 1.6% 2ml**	**Batch**[1] [партия[1]]: ZA123E
	Sodium hyaluronate 1.6% syringe 2mL [1,6% гиалуронат натрия, шприцы 2 мл]	Page 1 of 1 [Страница 1 из 1]

Manufacturing date: 02.2026. Expiry date: 08.2029.
[Дата производства: 02.2026. Дата истечения срока годности: 08.2029.]

Test [Тест]	**Specifications [Спецификации]**	**Result [Результат]**
Appearance [Внешний вид]	Clear, viscoelastic gel free form particles [Чистый, вязкоэластичный гель, свободный от частиц]	Conformed [Подтверждено]
Osmolality (mOsmol/kg) [Осмоляльность (мОсмоль / кг)]	270 – 400	316
pH	6.8 – 7.4	7.1
Extractable volume (ml/syringe) [Извлекаемый объём (мл/шприц)]	> 2.0	2.1
Sodium hyaluronate content (mg/ml) [Содержание гиалуроната натрия (мг/мл)]	14.4 – 17.6	16.4
Particles (pcs/syringe) [Частицы (шт./шприц)]	> 10 µm: max 25 000/syringe > 25 µm: max 5 000/syringe [> 10 мкм: макс. 25 000/шприц > 25 мкм: макс. 5 000/шприц]	3967 400
Sodium hyaluronate molecular weight (million Dalton) [Молекулярный вес гиалуроната натрия (млн Дальтон)]	1.2 – 2.0	Conformed [Подтверждено]
Viscosity at zero shear rate (mPa·s) [Вязкость при нулевой скорости сдвига (мПа·с)]	> 20 000	Conformed [Подтверждено]
U.V. Transparency [Проницаемость для ультрафиолетовых лучей]	Conformed [Подтверждено]	Conformed [Подтверждено]
Sterility inside the syringe [Стерильность внутри шприца]	Sterile [Стерильно]	Sterile [Стерильно]
Sterility outside the syringe [Стерильность на поверхности шприца]	Sterile [Стерильно]	Sterile [Стерильно]
Bacterial endotoxins (U.I./ml) [Бактериальные эндотоксины (МЕ/мл)]	< 0.5	0.081

Conclusion: CONFORM [Заключение: ПОДТВЕРЖДЕНО]

Dr HADJAB [д-р Хаджаб]
Pharmacist, Albomed Safety Agent [Фармацевт, агент безопасности Альбомед]

[1] **Note:** designation consisting of hyphen and two digits after a batch number ("-**") is optional and refers to divided packaging (packaging variants) including labeling information necessary to comply with the regulatory requirements of particular markets. All declared specifications, tests and product release information are applicable for whole batch produced in specific production cycle which six-digit number is indicated in page header.

[[1] **Примечание:** Обозначение, состоящее из дефиса и двух цифр после номера партии («- **»), является необязательным и относится к упаковочным процессам (вариантам упаковки), включающим маркировочную информацию, необходимую для соблюдения нормативно-правовых требований конкретных рынков. Все заявленные спецификации, тесты и информация о выпуске продукта применимы для всей партии, произведенной в конкретном производственном цикле, номер которой указан в верхнем колонтитуле страницы и состоит из 6 знаков.]

Передан через Диадок 23.10.2026 16:04 GMT+03:00;
f8961761-5c84-41f1-9979-157651d092fb

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	АО «Система плюс» Борунова Елена Юрьевна Доверитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМА ПЛЮС"	5d5b6dc0-d4c6-4f32-b45e-53ef217894b7 с 08.07.2026 00:00 по 08.07.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	128ED1EA8B49CD8946D6AB43019F3CA4 с 07.07.2026 15:44 по 07.10.2027 15:44 GMT+03:00	23.10.2026 16:04 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа