

Albomed GmbH	Certificate of analysis [Сертификат анализа] Product [продукт]: FLEXOTRON Ultra 2.5% 4.8ml	Batch ¹ [партия ¹]: ZA128I
	Sodium hyaluronate 2.5% syringe 4.8mL [2,5% гиалуронат натрия, шприцы 4.8 мл]	Page 1 of 1 [Страница 1 из 1]

Manufacturing date: 03.2026. Expiry date: 09.2029.

[Дата производства: 03.2026. Дата истечения срока годности: 09.2029.]

Test [Тест]	Specifications [Спецификации]	Result [Результат]
Appearance [Внешний вид]	Clear, viscoelastic gel free form particles [Чистый, вязкоэластичный гель, свободный от частиц]	Conformed [Подтверждено]
Osmolality (mOsmol/kg) [Осмоляльность (мОсмоль / кг)]	270 – 400	284
pH	6.8 – 7.4	7.2
Extractable volume (ml/syringe) [Извлекаемый объём (мл/шприц)]	> 4.8	4.9
Sodium hyaluronate content (mg/ml) [Содержание гиалуроната натрия (мг/мл)]	22.5 – 27.5	25.3
Particles (pcs/syringe) [Частицы (шт./шприц)]	> 10 µm: max 25 000/syringe > 25 µm: max 5 000/syringe [> 10 мкм: макс. 25 000/шприц > 25 мкм: макс. 5 000/шприц]	6280 624
Sodium hyaluronate molecular weight (million Dalton) [Молекулярный вес гиалуроната натрия (млн Дальтон)]	1.2 – 3.2	Conformed [Подтверждено]
Viscosity at zero shear rate (mPa·s) [Вязкость при нулевой скорости сдвига (мПа·с)]	> 200 000	Conformed [Подтверждено]
U.V. Transparency [Проницаемость для ультрафиолетовых лучей]	Conformed [Подтверждено]	Conformed [Подтверждено]
Sterility inside the syringe [Стерильность внутри шприца]	Sterile [Стерильно]	Sterile [Стерильно]
Sterility outside the syringe [Стерильность на поверхности шприца]	Sterile [Стерильно]	Sterile [Стерильно]
Bacterial endotoxins (U.I./ml) [Бактериальные эндотоксины (МЕ/мл)]	< 0.5	< 0.08

Conclusion: CONFORM [Заключение: ПОДТВЕРЖДЕНО]



Dr HADJAB [д-р Хаджаб]

Pharmacist, Albomed Safety Agent [Фармацевт, агент безопасности Альбомед]

¹ **Note:** designation consisting of hyphen and two digits after a batch number ("-**") is optional and refers to divided packaging (packaging variants) including labeling information necessary to comply with the regulatory requirements of particular markets. All declared specifications, tests and product release information are applicable for whole batch produced in specific production cycle which six-digit number is indicated in page header.

[¹ **Примечание:** Обозначение, состоящее из дефиса и двух цифр после номера партии («- **»), является необязательным и относится к упаковочным процессам (вариантам упаковки), включающим маркировочную информацию, необходимую для соблюдения нормативно-правовых требований конкретных рынков. Все заявленные спецификации, тесты и информация о выпуске продукта применимы для всей партии, произведенной в конкретном производственном цикле, номер которой указан в верхнем колонтитуле страницы и состоит из 6 знаков.]





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО «Система плюс» Кузнецова Ирина Александровна Доверитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМА ПЛЮС"	 0b02fd9f-166b-4429-b075-45cb3c09d54e с 10.07.2026 00:00 по 10.07.2029 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	7FF9B72A57D2A8B9497BD40E0 19FD6B0 с 06.08.2026 13:39 по 06.11.2027 13:39 GMT+03:00	09.10.2026 14:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа